

GCS UniHA  
Groupement de Coopération Sanitaire  
9 rue des Tuiliers  
69003 LYON

## Questions / réponses

**Objet :** Prestations de contrôles métrologie COFRAC, non COFRAC, réglementaires et maintenance pour les équipements de laboratoires, dispositifs biomédicaux et équipements techniques de mesures

**Références** M\_3190

**Rappel DLRO : Le 02/12/2030 à 12h00**

Conformément à l'article 5.4 du règlement de consultation, les candidats ont la possibilité de formuler des questions et des demandes de renseignements complémentaires par le biais de la plateforme des achats de l'Etat Place, à l'adresse URL suivante : [www.marches-publics.gouv.fr](http://www.marches-publics.gouv.fr)

Vous trouverez ci-dessous, les réponses aux questions posées par les candidats.

N°	Date et heure de la question	Question du candidat	Réponse du pouvoir adjudicateur
1	10/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>En page 2 du RC est indiqué des dates sur l'année 2024 : " <ul style="list-style-type: none"> <li>- Date estimative de remise des candidatures pour le premier marché spécifique : 15/11/2024 pour date estimative du premier marché spécifique : 15/01/2024".</li> </ul> </li> <li>Pourriez-vous confirmer que la date butoir de réponse à cette consultation est le 15/03/2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La date estimative de remise des candidatures est le 15/01/2025 avec une date estimative du premier marché spécifique fixée au 15/03/2025</li> <li>Le RC a été mis à jour.</li> <li>Le 15 mars 2025 n'est pas la date butoir de réponse à cette consultation. La date butoir de cette consultation est le 02/12/2030. Le 15 mars</li> </ul>

			<p>2025 est la date estimative du premier marché spécifique. Conformément à l'article 6.1 du RC, « <i>les candidatures peuvent être adressées pendant toute la durée du système d'acquisition dynamique. Seules les candidatures acceptées à la date du lancement de chaque marché spécifique seront invitées à remettre une offre.</i> »</p> <p>Aussi, pour pouvoir remettre une offre pour le premier marché spécifique, les candidats doivent avoir déposé leur candidature avant le 15 janvier 2025.</p>
2	10/12/2024 15:17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pourriez-vous me confirmer que la date butoir de réponse à cette consultation est le 15/03/2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cf réponse à la question précédente.</li> </ul>
3	16/12/2024 10:24	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pouvez-vous nous confirmer votre besoin sur la partie caractérisations, il est demandé que le prestataire soit COFRAC - 90°C / +90°C. Est-ce rédhibitoire si notre plage est de -80°C / +80°C ?</li> </ul>	<p>La plage -80°C / +80°C pourra être proposée, néanmoins, il faudra que les comptes rendus sur les cartographies ayant pour cible -80°C +/- 10°C, indiquent &lt; -70°C.</p>
4	07/01/2025 18:25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans votre consultation, il n'y a aucun lot qui concerne des prestations liées à des stérilisateurs et des laveurs désinfecteurs, est-ce normal ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les stérilisateurs et laveurs désinfecteurs ne font effectivement pas partie du périmètre de cette procédure.</li> </ul>