

Publicité/sourcing pour un automate d'immunoanalyse par chimiluminescence pour des paramètres d'hormonologie

Rédacteur MC

1. CONTEXTE

Dans le cadre de l'arrêt de son secteur de radioimmunoanalyse, le laboratoire de biochimie-hormonologie du CHU souhaiterait réaliser les dosages suivants : IGF1, IGF-BP3, CTX sérique et 1-25 OH vitamine D sur un automate par immunochimiluminescence.

L'activité estimée est précisée dans le paragraphe suivant.

Cette publicité permet d'effectuer un « sourcing » du marché et d'informer les éventuels fournisseurs en capacité de répondre aux différents besoins du laboratoire. Elle permet aussi d'accroître les chances d'obtenir une offre et d'assurer le respect du principe de libre accès à la commande publique.

2. ACTIVITE

1-25 OH vitamine D : 310 patients par an
IGF-BP3 : 450 patients par an
CTX sérique : 620 patients par an
IGF1 : 2700 patients par an

3. EXIGENCES TECHNIQUES

L'ensemble des analyses doit pouvoir être réalisé sur un seul et même automate.

Le CHU d'Angers dispose d'un centre de référence pour l'endocrinologie pédiatrique. Ainsi, il est indispensable d'avoir des valeurs de référence pour l'enfant, par stade pubertaire de préférence, pour l'IGF1 et l'IGF-BP3. L'interprétation simultanée des 2 paramètres d'IGF1 et d'IGF BP3 est indispensable.

C'est pourquoi, le fournisseur devra transmettre les notices, avec les valeurs de référence pédiatriques et le cas échéant, des publications d'utilisation de ses kits dans le domaine pédiatrique.

Toutes les trousse doivent être marquées CE IVD ou en cours de marquage CE IVD-R.

L'automate devra être connectable à GLIMS (Clinisys).

Le candidat devra transmettre des noms de sites où la connexion avec GLIMS est déjà fonctionnelle.

Le candidat devra mentionner quelle sera son aide concernant la vérification de méthode pour les paramètres (fourniture de kits, contrôles, calibrants - à la charge du candidat - SH Form pré rempli...)

4. DOCUMENTS ATTENDUS SUR LA PLATEFORME :

Déposer les documents suivants :

- Le formulaire DC1 « Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants » dûment complété par le candidat, ou par chacun des cotraitants en cas de groupement.
- La documentation technique et commerciale des équipements et kits concernés par votre entreprise.

DATE LIMITE DE REPONSE : 28/07/2025 à 12h00.
