



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service de santé des armées
Direction des approvisionnements en produits de santé des armées
Plateforme achats finances santé**

**DIVISION ACHATS
BUREAU MEDICAMENTS, DISPOSITIFS MEDICAUX ET ASSIMILES**

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

MARCHE A PRODEDURE ADAPTEE (Art. R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

N° 2025_001594/PFAF-S/ACHATS/MDMA du 9 juillet 2025

Relatif à

Acquisition de poches de transfert 5 litres pour la préparation de plasma lyophilisé au profit du Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA).

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET.....3

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....3

ARTICLE 3 – NATURE DE LA PRESTATION.....3

ARTICLE 4 – ADRESSE DE LIVRAISON.....3

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent marché a pour objet la fourniture de poches de transfert de 5 litres pour la préparation de plasma lyophilisé au profit du Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA). Ces poches sont destinées à un usage unique.

Le plasma lyophilisé (PLYO) est un produit sanguin labile injectable stérile, après reconstitution d'un lyophilisat de plasma. Sa préparation est réalisée en zone à atmosphère contrôlée de classe A. Cette préparation nécessite l'utilisation d'une poche de transfert de 5 litres afin d'effectuer un pool des matières premières avant répartition.

Une estimation annuelle de 300 poches de transferts. Donnée non contractuelle.

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les poches devront avoir les caractéristiques suivantes :

- capacité 5 litres
- matériaux des poches compatibles pour un contact avec du plasma humain
- poches stériles et apyrogènes
- tubulures en PVC compatible avec la connecteuse stérile du service (TSCD II TERUMO)
- présence de 2 tubulures minimum (possibilité d'aller jusqu'à 4 tubulures en Y)
- tubulures d'une longueur supérieure à 90 cm
- diamètre des tubulures égal à 3 (int) x 4,1 (ext) mm
- présence de clamp sur les tubulures
- extrémités des tubulures obturées
- tubulures compatibles avec un process de connexion stérile avec les poches de matière première et avec la ligne de transfert du produit
- conditionnement des poches compatibles avec une utilisation en zone à atmosphère contrôlée
- dispositif permettant la suspension de la poche à une potence type potence de perfusion
- poche compatible avec l'utilisation d'une pompe péristaltique
- péremption supérieure à 3 ans

ARTICLE 3 – NATURE DE LA PRESTATION

La prestation attendue consiste en la fourniture de poches de transfert et de la documentation associée, notamment le dossier de validation, le certificat de conformité associé à chaque lot de poches produit et les caractéristiques techniques des poches. Tout changement dans le process de fabrication des poches ayant lieu après l'attribution du marché devra être notifié au CTSA sans délai et devra être validé par le CTSA.

ARTICLE 4 – ADRESSE DE LIVRAISON

**Centre de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA)
Service PLYO
1 rue du Lieutenant Raoul Batany
92140 CLAMART**