

Affaire suivie par :
Margaux VERDAGUER
Tél. : 01.69.26.50.19
Courriel : margaux.verdaquer@cea.fr

AUX SOUMISSIONNAIRES

Via PLACE

Bruyères-le-Châtel, le 02/09/2026

Objet : Réponses aux questions des soumissionnaires

Réf. : Consultation – B26-04879-MV « Fourniture d'un analyseur de sorption »

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-après les réponses aux questions posées par l'ensemble des soumissionnaires.
Les offres doivent être remises le **15/09/2026 à 16h00**, au plus tard (date de réception).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Chef du Bureau des Affaires Commerciales

Vincent GOURDIN

N° ordre	Document du DCE concerné par la question	Page et paragraphe du document	Question du soumissionnaire	Réponse du CEA
1	CDC, paragraphe 2.4	6	Bonjour, Quelle est la procédure pour recevoir vos échantillons ? Cordialement	Comme indiqué dans ce paragraphe, les essais ayant lieu sur le centre CEA/DIF, les échantillons et gaz sont déjà présents. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une procédure d'expédition.
2	Matrice de conformité	1	Question concernant le critère 5 : Pourriez-vous nous indiquer le taux de fuite maximum attendu au niveau de la station d'analyse ?	Le taux de fuite attendu est de 5×10^{-5} Pa.min ⁻¹ sur un échantillon de charbon actif préalablement dégazé.

