



Référence de la consultation :

2026-1538

Objet de la consultation :

Le présent marché a pour objet la fourniture de différents équipements scientifiques dans le cadre du projet PLASTIGARBI.

Plateforme des Achats de l'Etat

INTRODUCTION

Ce document a pour objectif de présenter la réponse apportée à une question posée par un candidat dans le cadre de la consultation lancée pour la passation du marché 2026-1538. Ce document est adressé à l'ensemble des candidats identifiés ayant retiré un dossier de consultation.

En cas de dépôt d'un pli par un candidat, il est rappelé qu'en cas de dépôts multiples, seul le dernier pli est pris en compte et ouvert. L'attention des candidats est attirée sur le fait que tout pli ultérieur annule et remplace le précédent : l'ensemble des documents demandés doivent être remis (pièces candidature et pièces offre) pour tout pli déposé.

QUESTION N°1

Quelles sont les dimensions de la porte du labo 512 et de l'ascenseur ?

REPONSE DE L'ACHETEUR

La porte du labo 2m de hauteur par 1m36 de largeur, ascenseur 2m de hauteur par 89cm de large.

QUESTION N°2

Quelle est la zone de livraison ?

REPONSE DE L'ACHETEUR

Parking derrière bâtiment B2 avec entrée ascenseur extérieure, entrée des véhicules par barrière électrique côté avenue de Maignon.

QUESTION N°3

Est-ce que la laboratoire est équipé en prises monophasés et triphasés ?

REPONSE DE L'ACHETEUR

Oui sur le mur à 1 m de hauteur par rapport au sol, de multiples prises 16A et une prise triphasée.
