

Questions – Réponses

Question du candidat :

« Cet appel d'offres ne respecte pas les règles de mise en concurrence. Seule la METTLER DSC5+ répond aux spécifications exigées : compensation de puissance & flux de chaleur, inertage d'échantillons, -150 à 700°C en une seule mesure ? »

Réponse :

Concernant la compensation de puissance et flux de chaleur : chaque technique peut être proposée indépendamment dans la mesure où les variantes sont autorisées. La précision, la sensibilité et la résolution sont les critères pris en compte dans le cadre de la valeur technique

- Pour l'inertage d'échantillons : c'est une plus-value pour l'analyse mais d'autres alternatives peuvent être proposées dans la mesure où les variantes sont autorisées.

- Pour la température : la gamme -150 °-700 °C est la gamme de température de l'équipement actuel à remplacer et c'est un minimum. Vous pouvez proposer une gamme plus large. La gamme de températures et les performances de refroidissement/chauffe sont les critères pris en compte dans le cadre de la valeur technique.