



Questions réponses

Consultation 2026MM07 : Fournitures et livraison de réactifs de laboratoire, contrôles, calibrant, consommables et dispositifs de prélèvements pour le Centre Hospitalier de Versailles

Le Chesnay, 01/10/2026

Question 1 : Bonjour, Dans le CCAP, page 5, il est mentionné que l'accord-cadre est mono-attributaire. Cela veut dire qu'un seul fournisseur doit couvrir l'entièreté des lots de l'avis ou est-ce que cela peut être un fournisseur par lot ?

Réponse 1 : Un accord-cadre mono-attributaire signifie qu'il n'y a qu'un seul titulaire par lot. En revanche, les lots peuvent être attribués à des fournisseurs différents. Ainsi, le lot 1 peut être attribué au titulaire A et le lot 2 au titulaire B.

Question 2 : Bonjour, Pour le lot 14, la demande concerne bien les anticorps aspergillaire et pas les antigènes aspergillaires ? Cordialement

Réponse 2 : Oui il s'agit bien des anticorps aspergillaires.

Question 3 : Bonjour, Il est indiqué dans les informations de l'Annexe 2 RC Questionnaire Technique que des menus déroulants sont proposés pour plusieurs items. Il semblerait que ces menus déroulants ne fonctionnent pas et/ou soit vides. Merci d'avance

Réponse 3 : Il n'existe pas de menus déroulants.

Le Chesnay, 05/10/2026

Question 4 : Concernant le lot 16: pouvez-vous nous préciser le conditionnement requis ou souhaité? Merci d'avance.

Réponse 4 : Par 50.

Question 5 : Bonjour, concernant l'Annexe 2 RC Questionnaire Technique, les menus déroulants sont toujours actifs, comme vous pourrez le constater dans l'onglet Réactifs (par exemple les cellules 12F, 16F, 17F...) ainsi que dans l'onglet consommable. Merci

Réponse 5 : Le fichier a été modifié.

Question 6 : Pour le lot 2, le « contrôle cellulaire exclusivement » doit-il obligatoirement être un contrôle endogène humain, ou un contrôle interne exogène ajouté lors de l'extraction est-il accepté ?

Réponse 6 : Un contrôle endogène humain est préférable, mais un contrôle interne exogène ajouté lors de l'extraction n'est pas éliminatoire.

Question 7 : Pour le lot 10, quelle cible E. coli est attendue : détection générique d'Escherichia coli ou recherche d'un pathotype spécifique (ETEC, EHEC/VTEC, EIEC...) ? Les deux cibles E. coli et S. agalactiae doivent-elles être dans un même kit ?

Réponse 7 : Détection générique d'E coli et de préférence les 2 cibles dans le même kit.

Question 8 : Bonjour, Pourriez-vous svp nous confirmer les quantités pour le lot 26 car pour l'ETHANOL et le GIEMSA, elles nous semblent peut-être erronées ?

Réponse 8 : Le fichier a été modifié.

- ETHANOL 40 litres
- GIEMSA 20 litres

Le Chesnay, 09/10/2026

Question 9 : Bonjour, dans le BPU et DQE vous demandez le prix unitaire - Que souhaitez-vous exactement ? le prix à l'unité fine ? le prix à votre conditionnement souhaité ou autre ? Merci d'avance pour votre réponse

Réponse 9 : Nous souhaitons un prix au conditionnement

Le Chesnay, 15/10/2026

Question 10 :
Bonjour, Je ne suis certain de comprendre la question « Stabilité à bord (nb de jours) » figurant dans le questionnaire technique. Pouvez-vous clarifier cela svp ? Merci

Réponse 10 : La stabilité à bord correspond à la durée pendant laquelle un réactif reste utilisable sur l'automate après son ouverture ou son chargement, tout en conservant ses performances.

