Consultation n°26021-LOA	Objet de la consultation: Fourniture et livraison des éléments majeurs de 7 enceintes à vide pour le LOA du CNRS			Centre National de la Recherche Scientifique Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette Avenue de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette
Numéro de la question	**Date de la question**	**Question**	**Date de la réponse**	**Réponse**
1	28/10/2026	AOO 26021-LOA. Matériau : le CCTP indique Al 6061, les plans et le cahier des charges fonctionnel indiquent 7075-T6. Quel matériau retenir pour les pièces en aluminium ?	04/11/2026	L'annexe 1 du CCTP a été corrigée. Le cahier des charges qui s'y trouvait a été supprimé. Les plans qui n'indiquaient pas le bon matériau ont été corrigés. Prolongation du délai de remise des offres et des candidatures au 25/11/2026 12h00 (modification du RC et de l'avis de marché au JOUE faite en conséquence). Les matériaux à retenir étaient ceux fixés dans le CCTP.
2	28/10/2026	AOO 26021-LOA. RC art. 9.2 - Conformité CE, hors UE : Exigence non applicable ?	04/11/2026	Le règlement de la consultation à été mis à jour : modification de l'aticle 9.2 du RC. Prolongation du délai de remise des offres et des candidatures au 25/11/2026 12h00 (modification du RC et de l'avis de marché au JOUE faite en conséquence).
3	28/10/2026	Propreté : quel critère d'acceptation pour le contrôle par spectrométrie de masse (seuils, masses suivies, méthode ou norme) ?	04/11/2026	Modification de l'article 4.1 du CCTP avec précision de l'article. Prolongation du délai de remise des offres et des candidatures au 25/11/2026 12h00 (modification du RC et de l'avis de marché au JOUE faite en conséquence).
4	06/10/2026	AOO 26021-LOA. Pourriez-vous mettre à disposition le modèle 3D (STEP) de l'assemblage complet de l'enceinte (plan LOA-LHE-TB) ?	13/11/2026	Remplacement dans le dossier CCTP annexe 1 plans de fabrication V3 13.11.26 du fichier "LOA-LHE-TB" par les fichiers "Turning-box-LHE en version PDF" et "Turning-Box-LHE-VF juillet26 en version STEP". En plus de la fourniture du modèle 3D, le plan PDF (LOA-LHE-TB) a été corrigé car il comportait encore les mauvais matériaux (Cf. question 1).