

REPONSES AUX QUESTIONS DES CANDIDATS DU MARCHE PA2026-24

Question n°1 datant du 16/10/2026 : S'agissant du lot n°2, compte tenu de notre éloignement géographique, serait-il possible d'organiser la visite obligatoire avec vos équipes par visioconférence ?

Réponse datant du 20/10/2026 : Oui une visite en distancielle est possible.

Question n°2 datant du 20/10/2026 : Le besoin exprimé est de pouvoir mesurer des Tensions et des capteurs IEPE. La compatibilité avec d'autres modes de conditionnement présente-t-elle un intérêt en cas d'évolution du banc et de ses besoins (ex: conditionnement en ponts de jauges, courant, résistance, température RTD, potentiomètre...) ?

Réponse datant du 20/10/2026 : Les pièces du marché ont été modifiées. oui, la compatibilité avec d'autres modes de conditionnement à un intérêt fort car le banc évoluera à chaque essai. Le système d'acquisition doit pouvoir être adapté facilement pour modifier les types de voies. Des mesures de température par thermocouples (principalement de type K et de type J), des jauges de déformations avec différentes configurations de pont (pont complet, demi-pont et quart de pont) seront possibles et fort probables.

Dans le cas précis des conditionnements des jauges, dans les configurations quart de pont notamment, il faut préciser comment est géré le complément de pont et la compatibilité avec le niveau de résistance des jauges. L'utilisation de sondes Pt100 est aussi envisageable pour la mesure de température. La mesure de courant est fort peu probable mais il faut préciser dans la réponse si cette mesure sera possible.

L'offre sera présentée comme ceci :

- version de base : 8 voies tension/IEPE avec fourniture d'adaptateurs permettant d'obtenir 4 voies thermocouples K et 2 voies ponts de jauges (la configuration précise de ces 2 dernières sera à définir à l'attribution)
- en option : 8 voies tension/IEPE pouvant être compatibles avec d'autres types de mesure (identique à la version de base) sans fournir d'adaptateur.