



Rappel : Date et heure limites de réception des offres **Jeudi 10 Septembre 2026 à 12h00**

#	Date Question	Question	Date réponse	Réponse
1	07/07/2026	LOT 36 : Le CCTP précise un chevet avec une porte, alors que le mémoire technique mentionne des modèles à 1 porte et à 2 portes. Pouvez-vous svp confirmer la configuration attendue pour ce lot ?	09/07/2026	LOT 36 : Il est confirmé que, conformément au BPU et au mémoire technique, les candidats doivent proposer deux configurations de chevet, à savoir un modèle à 1 porte et un modèle à 2 portes. Le CCTP article 4.2.2 est modifié en conséquence (modification en jaune)
2	09/07/2026	CCTP Lot 8 : Pesée .Ce dispositif permet une tare et si possible un ajout de matériel ultérieurement hors mesure. Pouvez vous nous confirmer que la mention "si possible" ne rend pas cette fonction obligatoire ?	13/07/2026	Pour l'ensemble du CCTP, nous vous confirmons que la mention "si possible" ne rend pas une fonction obligatoire
3	23/07/2026	Lot 4 mémoire technique, ligne 77, qu'entendez vous par assise avec coussin coulissant ? Pour tous les lots, les lignes où nous devons répondre oui/non, doit on quand même développer?	24/07/2026	Pour le lot n° 4, au mémoire technique, ligne 77, nous entendons par « assise avec coussin coulissant » une assise équipée d’un coussin mobile coulissant permettant d’améliorer le confort, le positionnement et/ou les transferts du patient. Par ailleurs, pour l’ensemble des lots, lorsque les lignes du mémoire technique appellent une réponse de type « Oui / Non », il est possible de répondre uniquement par « Oui » ou « Non ». En cas de réponse positive, le candidat peut, s’il le souhaite, apporter des précisions complémentaires afin de décrire plus précisément les caractéristiques ou fonctionnalités proposées. Ces précisions demeurent toutefois facultatives.
4	24/07/2026	Concernant le lot 38 - pour les armoires souhaitez vous des charnières invisibles avec ouverture à 175 ° ou pouvons nous vous proposer des ouvertures à 270 ° ? - pour les échantillons, devons-nous vous présenter l'armoire avec la serrure ?	24/07/2026	Pour le lot n° 38, les candidats peuvent proposer, au choix, des armoires équipées de charnières permettant une ouverture à 175° ou une ouverture à 270°. Les deux solutions seront acceptées. Concernant les échantillons présentés dans le cadre de l'exposition, dans la mesure où les portes des armoires doivent pouvoir être fermées à clé, le candidat devra présenter l'armoire équipée de son système de serrure.
5	29/07/2026	lot 8 : Pouvez vous nous préciser ce que vous entendez par "bloc secteur" ?	29/07/2026	Par « bloc secteur », nous entendons le dispositif permettant l'alimentation électrique du fauteuil par raccordement au réseau électrique, incluant le câble d'alimentation et, le cas échéant, le transformateur ou bloc d'alimentation associé nécessaire au bon fonctionnement des commandes et motorisations du fauteuil. Nous attendons que ce dispositif soit fourni avec le fauteuil et soit pleinement compatible avec les caractéristiques électriques de l'équipement proposé.
6	29/07/2026	Mémoire technique, onglet lot 8 : les lignes 29, 40, 63, 79, 86 et 100, sont surlignées comme des titres Pourtant ces lignes demandent des réponses. pouvons nous les modifier ?	29/07/2026	Le mémoire technique, onglet lot 8 lignes 29, 40, 63, 79, 86 et 100, ont été modifiées - Voir M_2825BIS_Memoire technique_hospitalisationV2